



Ministerio de Defensa

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0085

No. DOCUMENTO

30 de Junio de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: MIDE-DAF-CM-2021-0085

Objeto de la compra: Adquisición de analizador Química Clínica.

Rubro: Equipo Médico y de Laboratorio

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Cantidad Solicitada	UD	Precio Unitario Estimado	Sub-Total
1	41102905	Analizador Química Clínica Que contenga lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Cat. 83105-Kit. • Sistema random de última generación. • Analizador de química y tubidimetría. • Con un rendimiento de 150 pruebas mínimas por Horas. • Con una capacidad máxima de 70 en rack. • Que pueda detectar el nivel de líquidos. • Rotor de lectura reusable. • Que contenga un programa en español. • Que contenga un programa para controlar la calidad. • Formación en pantalla en tiempo real. • Dilución de muestras patológicas automáticas. • Que pueda aceptar muestras de emergencia (STAT). • Que acepte reactivos de 120 tubos y 50 ml. • Que contenga programación como mínimo de 5 tipos de muestras. • Con un volumen de lectura de 180 UL mínimo. • Rango espectral de 320 NM a 800 NM mínimo. Incluye lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Computador, Printer, Monitor y Ups, para tales fines. • Mantenimiento Mediante Software. • Alimentación Eléctrica de 110v/60Hz. • Instalación. • Entrenamiento. 	1	UD	825,929.80	825,929.80
					Sub-total	825,929.80
					ITBIS	148,667.36
					Total Gral.	974,597.16

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: Para ser utilizado en el Centro de Salud de la Dirección General del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas.


LIC. JERSON Y. SANCHEZ SANTANA
Teniente Coronel Comptador, E.R.D.
Subdirector de Compras, MDE.

